



Antes de comenzar la diálisis dejar de mirar, escuchar y sentir.




Las señales de una fístula saludable

- No hay inflamación
- No hay áreas que se ahombre
- No hay enrojecimiento
- No hay heridas abiertas
- No hay costras
- No drenaje
- No moretones

- Es un soplo de tono continuo, bajo y suena como el océano

- La vibración es constante en la que comienza la fístula
- La temperatura es el mismo en ambos brazos como en las dos manos

Mira



Escuche



Sienta



Las señales de que algo anda mal

- Inflamación
- Hay áreas que se abombe
- Hay enrojecimiento
- Hay heridas abiertas
- Hay costras
- Hay drenaje
- Hay moretones

- Soplido es agudo y suena como un silbido o un látigo

- La vibración es un pulso débil sentía 6 pulgadas por encima de inicio de la fístula
- La temperatura del brazo de acceso y / o la mano es caliente al tacto
- La temperatura esta diferente entre la mano y el brazo

PREGUNTE AL PACIENTE

- ¿Hay ausencia de sensación de entumecimiento, dolor o sagrado?
- Fue el brazo de acceso lavados antes del tratamiento?
- Es el brazo de acceso libre de ropa ajustada y los accesorios?

MIRA

- En el inicio del tratamiento, es la presión venosa <120 mm Hg con BFR a 200 ml / m?
- Es pre-bomba de presión arterial dentro de los parámetros estándar (0 a -250 mm Hg) a una velocidad que el flujo de sangre
- Fue la tasa de flujo de la sangre mantenida durante el tratamiento?

LA REVISTA DEL TRATAMIENTO

- ¿El paciente tiene el tiempo de sangrado menos de 15 minutos?
- Fue la inserción de la aguja a cabo sin dificultad?
- Fue la máquina de diálisis de flujo estable de presión (si se realiza)?

LA REVISTA MENSUAL

- Es el URR o Kt / v resultado suficiente y estable?
- Ha sido el acceso libre de coágulos que requieren intervenciones de este mes?
- Si los resultados de los estudios de recirculación adecuada y estable?

**UPPER MIDWEST
FISTULA FIRST
COALITION**

Preparado por la Red renal del Upper Midwest, Inc. y la fístula superior del Medio Oeste Primera Coalición. Para las preguntas o peticiones de reimpresión por favor llame al 1-800-973-3773.